

单一来源采购方式专家论证表（模板）

1.归口科室（加盖公章）		医学装备部		论证时间：2023 年 5月12日	
2.采购项目名称		消毒供应中心2台环氧乙烷灭菌器（5XL和GS8-1D）2年维保服务			
3.采购项目金额		预算金额：26万元		历史金额：无	
4.采购品目	序号	品名（规格）	数量	单价（万元）	金额合计（万元）
	1	消毒供应中心2台环氧乙烷灭菌器（5XL和GS8-1D）2年维保服务	2年	13	26
5.拟单一来源供应商		广州粤申医疗设备有限公司			
6.申请理由		☐ 理由一：因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购； ☒ 理由二：公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。			
7.拟采用单一来源采购方式的原因及说明（归口科室填）	1、我院环氧乙烷灭菌器用于灭菌手术室、胃镜室软镜器械和手术器械，一旦故障停机将影响手术开展； 2、环氧乙烷属于危险化学品，设备需要具有相关专业能力的人员进行维修，以免造成气体泄漏； 3、本项目经多次市场调研仅有一家供应商响应				
	理由一：需满足条件（同时满足）	(1) 项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务，而非采购人的主观要求。（仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大，不能作为单一来源采购的理由。）			
		(2) 项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。			
		(3) 因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性，导致无法由其他供应商分别实施或提供，只能由某一特定的供应商提供。			
8.专家意见（根据需满足条件分别填写具体理由、意见）	理由二：需满足条件	公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。		1.该设备进口设备 2.维护费用达到原厂标准的1/2每年 3.该设备由原厂工程师一家公司维护 4.建议不低于原厂价格进行维修	
	9.专家结论				

注：论证相关材料附后。

专家签字： 蔡新超

符合我院单一来源要求。

蔡新超
2023.5.12

单一来源采购方式专家论证表（模板）

1.归口科室（加盖公章）		医学装备部		论证时间：2023年3月16日	
2.采购项目名称		消毒供应中心2台环氧乙烷灭菌器（5XL和GS8-1D）2年维保服务			
3.采购项目金额		预算金额：26万元		历史金额：无	
4.采购品目	序号	品名（规格）	数量	单价（万元）	金额合计（万元）
	1	消毒供应中心2台环氧乙烷灭菌器（5XL和GS8-1D）2年维保服务	2年	13	26
5.拟单一来源供应商		广州粤申医疗设备有限公司			
6.申请理由		☐ 理由一：因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购； ☐ 理由二：公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。			
7.拟采用单一来源采购方式的原因及说明（归口科室填）		1、我院环氧乙烷灭菌器用于灭菌手术室、胃镜室软镜器械和手术器械，一旦故障停机将影响手术开展； 2、环氧乙烷属于危险化学品，设备需要具有相关专业能力的人员进行维修，以免造成气体泄漏； 3、本项目经多次市场调研仅有一家供应商响应			
8.专家意见（根据需满足条件分别填写具体理由、意见）	理由一需满足条件（同时满足）	（1）项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务，而非采购人的主观要求。（仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大，不能作为单一来源采购的理由。）			
		（2）项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。			
		（3）因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性，导致无法由其他供应商分别实施或提供，只能由某一特定的供应商提供。			
	理由二需满足条件	公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。		1.该设备为进口设备。 2.维保设备费用未达到设备原值10%。 3.该设备多次调研，仅一家公司响应。 4.建议以不高于调研价格，进行院内单一来源采购。	
9.专家结论		符合我院单一来源要求。 专家签字：杨群海			

注：论证相关证明材料附后。

单一来源采购方式专家论证表（模板）

1.归口科室（加盖公章）		医学装备部		论证时间：2020年5月12日	
2.采购项目名称		消毒供应中心2台环氧乙烷灭菌器（5XL和GS8-1D）2年维保服务			
3.采购项目金额		预算金额：26万元		历史金额：无	
4.采购品目	序号	品名（规格）	数量	单价（万元）	金额合计（万元）
	1	消毒供应中心2台环氧乙烷灭菌器（5XL和GS8-1D）2年维保服务	2年	13	26
5.拟单一来源供应商		广州粤申医疗设备有限公司			
6.申请理由		☐ 理由一：因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购； ☐ 理由二：公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。			
7.拟采用单一来源采购方式的原因及说明（归口科室填）		1、我院环氧乙烷灭菌器用于灭菌手术室、胃镜室软镜器械和手术器械，一旦故障停机将影响手术开展； 2、环氧乙烷属于危险化学品，设备需要具有相关专业能力的人员进行维修，以免造成气体泄漏； 3、本项目经多次市场调研仅有一家供应商响应			
8.专家意见（根据需满足条件分别填写具体理由、意见）	理由一需满足条件（同时满足）	（1）项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务，而非采购人的主观要求。（仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大，不能作为单一来源采购的理由。）			
		（2）项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。			
		（3）因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性，导致无法由其他供应商分别实施或提供，只能由某一特定的供应商提供。			
	理由二需满足条件	公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。		①手术仪器/器械消毒不及时影响手术开始 ②消毒方式的改变对器械的损害。 ③该设备多次调研仅有一家公司响应	
9.专家结论		符合医院单一来源要求。 专家签字：董明			

注：论证相关证明材料附后。